



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83
adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

Bydgoszcz, 06.09.2024

Z-173/D/RZ/2024

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa próbopobieraków do stacji ścieków dowożonych FEKO na Oczyszczalni Ścieków w Fordonie”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

- Pytanie: Czy dopuszczają Państwo dostarczenie urządzenia posiadającego próżniowy układ poboru próbki dla którego objętość pobieranej próbki nie jest zależna od przepływu chwilowego?
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.
- Pytanie: Czy dopuszczają Państwo zastosowanie układu dystrybucji z butelkami 12 x 2L lub 24x1L?
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.
- Pytanie: Czy dopuszczają Państwo urządzenie o dokładności poboru próbki w zakresie <5% obj. lub $\pm 5\text{ml}$?
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.
- Pytanie: Czy dopuszczają Państwo czyszczenie instalacji sprężonym powietrzem?
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.
- Pytanie: Czy dopuszczają Państwo sterowanie automatyczna stacja poboru próbek za pomocą przetwornika wyposażonego w cztery klawisze funkcyjne oraz pokrętko nawigacyjne z podświetlanym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 240x160 pikseli?
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.
- Pytanie: Czy jeśli urządzenie będzie wyposażone we wbudowany WEBserver złącze USB jest wymagane?
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.
- Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z kompensacją temp. Czy jeśli urządzenie będzie miało wbudowany termometr w przedział poboru próbek jest to wystarczające?
Odpowiedź: patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Dostawa próbopobieraków do stacji ścieków dowożonych FEKO na Oczyszczalni Ścieków w Fordonie”:

1. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ zmienia się treść w pkt 2.1, w tabeli, w kolumnie drugiej, w pozycjach: „Metoda poboru”, „Dystrybucja”, „Dokładność poboru”, „Przepłukiwanie linii ssawnej przed i po poborze”, „Sterowanie”, „Interface / Komunikacja”, „Kontroler”.

W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolity tekst Opisu przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki