



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-029/D/RZ/2025

Bydgoszcz, 21.07.2025 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako: „SIWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Dostawa urządzeń pomiarowych**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1: W nawiązaniu do postępowania nr ZR-029/D/RZ/2025 dotyczącego zamówienia pn. „Dostawa urządzeń pomiarowych. Część 2 – Dostawa przepływomierzy ultradźwiękowych”, uprzejmie proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo możliwość zaoferowania przepływomierza, którego parametry techniczne w niewielkim zakresie odbiegają od wymagań zawartych w OPZ.

Oferowane przez nas urządzenie – [Zamawiający przekazuje niniejsze pytanie bez ujawniania źródła zapytania] – rejestruje dane co 5 sekund (zamiast wymaganych 1 sekundy) oraz nie posiada funkcji pomiaru natężenia masowego przepływu. Pozostałe parametry techniczne oraz funkcjonalności są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje o produkcie dostępne są pod adresem: [Zamawiający przekazuje niniejsze pytanie bez ujawniania źródła zapytania]

Będę wdzięczny za informację, czy oferowane rozwiązanie może zostać uznane za zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Dostawa urządzeń pomiarowych**”:

1) W załączniku nr 6b do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla Części 2: w pkt 3 treść:

- a) „pomiar objętościowego i masowego natężenia przepływu, prędkości przepływu, objętości i masy,”

zmienia się na:

„pomiar objętościowego natężenia przepływu, prędkości przepływu i objętości,”

- b) „możliwość zapisu w pamięci wewnętrznej odczytów co 1 sekundę przez okres minimum 7 dni,”

zmienia się na:

„możliwość zapisu w pamięci wewnętrznej odczytów **w odstępach nie dłuższych niż 5 sekund** przez okres minimum 7 dni,”

- c) „wyposażenie w zestaw akumulatorów zapewniający czas pracy minimum 7 dni dla odczytu danych co 1 sekundę,”

zmienia się na:

„wyposażenie w zestaw akumulatorów zapewniający czas pracy minimum 7 dni dla odczytu danych **w odstępach nie dłuższych niż 5 sekund**,”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga