



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr 800 00024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-041/D/RZ/2025

Bydgoszcz, 17.09.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Zakup chromatografu cieczowego z detektorem fluorescencyjnym i wysokoczułym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol” przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

1. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści generator azotu z wbudowaną sprężarką powietrza, spełniający wymagania techniczne oferowanego spektrometru mas, doprowadzający gazy o odpowiedniej czystości i wydajności, o łącznej głośności urządzeń poniżej 50 dB?

Proponowany generator pomimo większej potencjalnie głośności niż ta wymagana w SWZ jest cichym urządzeniem w swojej klasie, gdyż większość urządzeń pracuje z głośnością powyżej 50 dB.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga