



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83
adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>
adres do doręczeń elektronicznych:
AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

ZR-033/D/RZ/2026

Bydgoszcz, 27.05.2026 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), dot. zamówienia pn. „**Dostawa i montaż systemu monitoringu spalin na instalacji ITPO**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

Pytanie 1: Pytanie do pkt. IV podpunkt 7. A-E - czy zamawiający dopuszcza zastosowania analizatorów i urządzeń producentów innych niż wymienionych w tych punktach, np. Endress + Hauser o parametrach nie gorszych lub lepszych niż wymienione?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza zastosowania o ile będą współpracować z obecnym systemem i spełniać wymagania pkt III podpunktu 8 OPZ:

„Pełna integracja z istniejącym oprogramowaniem WEX – Integracja nowego systemu CEMS z istniejącym oprogramowaniem WEX, w tym automatyczne uzupełnianie bazy danych w przypadku awarii systemu podstawowego oraz wspólna wizualizacja stanu pracy CEMS dla obu zestawów: podstawowego i zapasowego (CEMS nr 1 i 2). Dostawa oprogramowania wraz z licencjami WEX Redundant oraz aktualizacja istniejącego oprogramowania Titularnego WEX CORE PACK/eSAM do najnowszej wersji.”

Pytanie 2: Pytanie do pkt. 5.1.2 z SIWZ – czy wystarczające będzie aby wykonawca posiadał wymienione doświadczenie dla analizatorów firmy Endress + Hauser oraz systemu emisyjnego firmy Endress + Hauser?

Odpowiedź: Zamawiający posiada analizatory ENVEA oraz oprogramowanie WEX. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w tym zakresie, ponieważ podczas zespajania dwóch systemów będzie miał do czynienia z obecnie zainstalowanymi urządzeniami.

Pytanie 3: Pytanie do pkt. 6.2 z SIWZ - czy wystarczające będzie aby wykonawca posiadał wymagane dokumenty dla analizatorów firmy Endress + Hauser.

Odpowiedź: Posiadanie aktualnej certyfikacji / autoryzacji producenta systemu WEX Envea jest niezbędne do ingerowania w bieżący system i wg Zamawiającego będzie konieczne do integracji z Cemsem redundantnym. Zgodnie z punktem w SIWZ 6.2.

Envea jest twórcą programu WEX i tylko on lub jego podmioty upoważnione mogą wprowadzać zmiany w systemie.

Pytanie 4: Pytanie do pkt. III podpunkt 8 do OPZ – jeżeli wymagana jest aktualizacja software oraz hardware aktualnego oprogramowania WEX, pytanie czy wykonawca może zaproponować oprogramowanie innej firmy kompatybilne z aktualnie pracującym systemem pomiarowym oraz zaproponowanym nowym systemem pomiarowym firmy Endress + Hauser.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest integracja redundantnego systemu Cems z istniejącym oprogramowaniem. W OPZ nie ma mowy o zmianie obecnego oprogramowania, o czym mówi punkt III. Podpunkt 8. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego urządzenia.

Pytanie 5: Czy oprogramowanie emisyjne musi posiadać certyfikat QAL1?

Odpowiedź: Oprogramowanie emisyjne nie musi posiadać certyfikatu QAL1.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki