



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

Z-190/D/RZ/2026

Bydgoszcz, 12.08.2026 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Dostawa przenośnych urządzeń pomiarowych – przepływomierze ultradźwiękowe**”, przekazuje wyjaśnienie do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

1. Pytanie:

„Dzień dobry,

(...) moglibyśmy złożyć ofertę na nasz (...) – przepływomierz ultradźwiękowy zasilany bateryjnie.

Niestety nie spełnia on kilku punktów z OPZ:

- urządzenie jest z akumulatorem zapewniającym pracę do 8h – OPZ wymaga 7 dni.
- przetwornik ma stopień ochrony IP40 – w OPZ IP65, czujniki są ok,
- u nas błąd pomiarowy wynosi do 2%, 0,5% to błąd samego urządzenia, natomiast 1,5% wynika z montażu. OPZ – 1%,
- nie mamy potwierdzenia dokładności czujnika grubości ścianki w karcie katalogowej, natomiast poniżej informacje dot. zakresu: grubość ścianki: rury stalowe: 1.2...50 mm (0,05...2.0”), rury z tworzywa sztucznego: 4...15 mm (0.16...0.60”), (przydatne tylko do pewnego stopnia w przypadku rur z PTFE i PE),
- wymaganie z OPZ to 2% dokładności,
- nie mamy opcji automatycznego transferu danych dot. grubości ścianki do przetwornika przepływomierza, OPZ wymaga,
- do przepływomierza możemy dostarczyć certyfikat weryfikacji dokładności, natomiast nie ma takiej opcji dla miernika grubości ścianki. OPZ wymaga takiego certyfikatu dla czujnika grubości ścianki,

Prośba o informację czy powyższe różnice w specyfikacji są akceptowalne”.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, w wyżej wymienionym zakresie.

Powyższe wyjaśnienie należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego
mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz